

Szpital Powiatowy w Rawiczu przesyła wyjaśnienia dotyczące zapisów dotyczących Szczegółowych Warunków Konkursu z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej

1. Prosimy o sprecyzowanie ile osób aktualnie pracuje w laboratorium, ile osób posiada uprawnienia serologiczne, mikrobiologiczne z rozbiorem na diagnostów i techników, ile osób posiada specjalizacje?
2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy personel obecnie pracujący w laboratorium pozostaje do dyspozycji nowego wykonawcy, który wygra w konkursie ofert? (Przekazanie pracowników w trybie 23' KP).

Zamawiający wyjaśnia, że świadczenia w zakresie objętym konkursem ofert realizowane są aktualnie przez firmę zewnętrzną w ramach outsourcingu usług.

Zamawiający nie jest upoważniony do udzielania wnioskowanych informacji.

Wnioskowanych informacji może udzielić jedynie aktualny Wykonawca usługi, tj.:

Diagnostyka Sp. z o.o.
Region Dolny Śląsk
Tel. 71 / 714 97 01

3. Załącznik nr 1 do Warunków Konkursu w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu – prosimy o wyjaśnienie, czy podana roczna ilość badań 130 963 są to badania zlecane tylko przez Szpital w Rawiczu.

Zamawiający potwierdza, że podana w załączniku nr 1 ogólna liczba badań - stanowi liczbę badań zleconych do realizacji przez Szpital Powiatowy w Rawiczu w 2015 r.

Pytania dotyczące załącznika nr 1

Pyt. 1 Warunki konkursu, pkt. V, pdpkt. 14.1 – zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu wykonania badań CITO do 1h. Prośba ma podstawy merytoryczne i jest podyktowana koniecznością opracowania materiału i przygotowania próbki do badań (sama procedura wirowania krwi pełnej by uzyskać surowicę trwa 10 minut). Parametry znacznie odbiegające od wartości referencyjnych wymagają też powtórzenia analizy w celu weryfikacji poprawności otrzymanego wyniku – czas wykonania do 30 minut nie pozostawia takiej możliwości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu badań w trybie CITO. Czas wykonania badania liczy się od momentu pozyskania materiału do badań. Intencją Zamawiającego jest szybkie pozyskanie informacji nt. stanu klinicznego pacjenta.

Czy Zamawiający dopuszcza zlecenie w trybie CITO tylko wymienionych badań: Morfologia, Czas protrombinowy PT(INR), Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT), Fibrynogen, Glukoza, Kreatynina, Sód, Potas, D-dimer, Amylaza, CRP ilościowe, CK-MB (aktywność), Troponina T, Beta-HCG, Mocz - badanie ogólne, Narkotyki panel w moczu, Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne, Grupa krwi, Próba zgodności?

Badania w trybie CITO zlecane są w stanach zagrożenia życia pacjenta, dlatego też można spodziewać się, że wynik badania będzie odbiegać od zakresów referencyjnych. W takich przypadkach konieczne jest podanie informacji do zlecającego w celu konfrontacji ze stanem klinicznym pacjenta i decyzja lekarza prowadzącego czy badanie powtórne jest konieczne.

W trybie CITO zlecane są badania z zakresu tzw. parametrów krytycznych i mogą dotyczyć różnych badań.

Pyt. 2 Warunki konkursu, pkt. V, pdpkt. 14.10 – zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na badanie Identyfikacja prątków gruźlicy (bad. bakter.) do 48h - prośba podyktowana jest względami metodologicznymi, badania w kierunku diagnostyki zakażeń gruźlicą powinny być wykonywane w pracowni referencyjnej spełniającej określone wymogi, czas wykonania tego badania wraz z czasem na transport próbki do pracowni prątków może przekroczyć 24h.

Wobec konieczności wykonywania badań w kierunku gruźlicy w pracowni referencyjnej Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie czasu wykonania badania do 48 godz.

Pyt. 3 Warunki konkursu, pkt. V, pdpkt. 14.13 – prosimy o sprecyzowanie zapotrzebowania na badanie tromboelastografii. Czy Zamawiający oczekuje zapewnienia od Wykonawcy stosownego sprzętu i zaplecza technicznego do wykonania badania? Czy aparaturę będzie obsługiwał personel Zamawiającego? W jakich celach diagnostycznych to badanie ma być wykonywane? Jeśli Zamawiający chce wykonać badania w diagnostyce stanu przedzrzucaawkowego, to czy zamiast badań tromboelastografii zaakceptuje ofertę wykonania oznaczeń z krwi poziomu Index sFII-1/PLGF?

Zamawiający przewiduje ok. 100 badań w roku.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zapewnienia sprzętu i zaplecza technicznego do wykonania badania oraz obsługi.

Badania będą wykonywane dla jakościowej i ilościowej oceny układu krzepnięcia.

Zamawiający chce wykonywać badania w diagnostyce stanów przedzrzucaawkowych i w przypadku ich braku zaakceptuje oznaczenia poziomu Index Salt-1/PLGF.

Ponieważ badanie tromboelastografii nie figuruje w załączniku nr 1, Zamawiający prosi o przedstawienie w ofercie szacunkowych kosztów wykonywania tych oznaczeń.

Pyt. 4 Zał.1 Wykaz badań, pozycje 422-424, badania:

-Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób (16 loci)

-Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa, badanie każdej dodatkowej osoby (16 loci)

-Ustalanie ojcostwa i pokr., badanie każdej dodatkowej osoby + profil gen.(16 loci).

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie z Oferty badań w kierunku ustalenia ojcostwa. Swoją prośbę motywujemy tym, że wyżej wymienione badania nie są powszechnie używane w diagnostyce chorób genetycznych, ale najczęściej są potrzebne przy sądowym ustaleniu praw rodzica do opieki nad dzieckiem. Aby badanie mogło być wykorzystane w sądzie musi być poświadczone przez biegłego sądowego. Diagnostyczne laboratoria medyczne w większości nie świadczą takich usług.

Zamawiający chce utrzymać dostępność do badań na ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa.

Pyt. 5 Zał.1 Wykaz badań, pozycje 50, 51 badania:

Adenowirusy w kale (ICD-9: F37)

Rotawirusy w kale (ICD-9: F36) - czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obu badań w postaci jednego testu
Badanie w kierunku adenowirusów, rotawirusów (F37) metodą immunochromatograficzną?

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie obu badań w postaci jednego testu metodą immunochromatograficzną.

Pyt. 6 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 52 i 309 badania Kał - resztki pokarmowe (ICD-9: A23) i pH kału- czy Zamawiający akceptuje połączenie tych dwóch pozycji w usługę jednego badania Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych (A23)?

Tak, Zamawiający akceptuje połączenie dwóch wyżej wymienionych pozycji w usługę jednego badania

Pyt. 7 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 55 badanie Kał - G. lamblia met. ELISA (ICD-9: X13) - czy Zamawiający dopuszcza wykonanie badania metodą immunochromatograficzną?

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie badania metodą immunochromatograficzną.

Pyt. 8 Zał.1 Wykaz badań, pozycje 59, 62, 64, 153, badania:

CRP, półilościowo (ICD-9: I81)

ASO, jakościowo (ICD-9: U75)

RF, jakościowo (ICD-9: K21)

D-dimer, półilościowo (ICD-9: G49) - czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie wymienionych oznaczeń tylko i wyłącznie oznaczeniami ilościowymi? Oznaczenia ilościowe są badaniami o wiele bardziej przydatnymi diagnostycznie od oznaczeń jakościowych lub półilościowych.

Ponieważ zapotrzebowanie oddziałów szpitalnych może dotyczyć oznaczeń jakościowych i ilościowych – Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia wymienionych oznaczeń tylko badaniami ilościowymi.

Pyt. 9 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 100 badanie Prisca – raport - czy Zamawiający oczekuje wykonania raportu do testu Prisca z jednoczesnym oznaczeniem parametrów biochemicznych do testu? Dla jakich trymestrów ciąży mają być wykonane dane badania?

Tak, Zamawiający oczekuje wykonania raportu do testu Prisca z jednoczesnym oznaczeniem parametrów biochemicznych. Badania mają być wykonywane dla pierwszego trymestru - oznaczenie osocznego białka ciążowego (PAPP-A), wolnej podjednostki beta ludzkiej glikoproteiny kosmówkowej (free beta hCG, fbhCG) oraz drugiego trymestru ciąży – oznaczenie stężenia alfa-fetoproteiny (AFP), gonadotropiny kosmówkowej (beta hCG) oraz niezwiązanego (wolnego) estriolu (uE₃)

Pyt. 10 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 157 badanie Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA – czy Zamawiający dopuszcza zlecenie i wykonanie 3 oddzielnych testów w kierunku immunoglobulin IgG, IgM i IgA?

Tak, Zamawiający dopuszcza zlecenie i wykonanie trzech oddzielnych testów.

Pyt. 11 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 163 badanie Kompleksy immunologiczne (ICD-9: K67) – czy Zamawiający w ramach tego badania dopuszcza zlecenie i wykonanie dwóch testów Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty Borrelia burgdorferi IgM i Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty Borrelia burgdorferi IgG metodą immunoblot?

Tak, Zamawiający dopuszcza zlecenie i wykonanie dwóch testów.

Pyt. 12 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 182 badanie Sód i potas w DZM – czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dwóch osobnych testów na Sód w DZM i Potas w DZM?

Tak, zamawiający dopuszcza wykonanie dwóch osobnych testów.

Pyt. 13 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 184 badanie Glukoza i ketony w moczu, jakościowo – czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z oferty tej pozycji? Merytoryczne uzasadnienie – badania glukozy i ketonów w moczu wchodzi w skład analizy badania ogólnego moczu.

Tak, Zamawiający dopuszcza wykreślenie z oferty pozycji 184.

Pyt. 14 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 236 badanie Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum antygeny met. Immunoenzymatyczną – czy Zamawiający dopuszcza wykonanie badań w kierunku wykrywania Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum inną metodą, np.: P/c przeciw Mycoplasma hominis i p/Ureaplasma urealyticum IgG/IgA/IgM, lub Posiew z DMP na obecność Mycoplasma / Ureaplasma (91.821/831)?

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie wyżej wymienionych badań inną metodą np.: P/c przeciw Mycoplasma hominis i p/Ureaplasma urealyticum IgG/IgA/IgM, lub Posiew z DMP na obecność Mycoplasma / Ureaplasma (91.821/831)

Pyt. 15 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 252 badanie Pneumocystis carinii antygen met. IF (ICD-9: W35) – Wnioskujemy o wycofanie tego badania z oferty ze względu na trudną procedurę pobrania i małą wartość diagnostyczną badań w kierunku Pneumocystis z wymazu.

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycofanie z ofert pozycji 252.

Pyt. 16 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 294 badanie Marihuana w moczu, jakościowo (ICD-9: P44) – wnioskujemy o usunięcie tej pozycji z oferty i pozostawienie tylko usługi 292 Kanabinoidy w moczu, jakościowo (ICD-9: P44) – oba te badania metodologicznie się pokrywają i opierają się na wykrywaniu z moczu tej samej grupy związków.

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycofanie z ofert pozycji 294.

Pyt. 17 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 304 badanie Barwniki żółciowe w moczu, jakościowo – wnioskujemy o usunięcie badania z oferty, ponieważ parametry oznaczane w tym badaniu pokrywają się z parametrami oznaczanymi w badaniu 309 Porfiryny całkowite w moczu (ICD-9: N41).

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycofanie z ofert pozycji 304.

Pyt. 18 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 314 badanie P/c. p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2) met. IIF, DID(ICD:O21) - Ze względu na brak dostępu do testów metodą DID do oznaczania przeciwciał przeciwyjądrowych

ANA nie spełniających dyrektywy IVD i CE, będących produkcją własną odczynników przez firmę Diagnostyka chcieliśmy zapytać czy badanie może zostać wykonane badaniem równoważnym, które wykonujemy dla ANA metodą immunofluorescencji pośredniej IIF.

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie badania testem równoważnym.

Pyt. 19 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 315 badanie P/c. p. jądrowe (m.in. histonowe, Ku, rib-P-Protein) (ANA3) met. immunoblotingu (ICD-9: O21) – czy Zamawiający dopuszcza wykonanie badania przeciwciał skierowanych przeciwko stałym i rozpuszczalnym antygenom zlokalizowanym w obrębie jądra ANA/ENA metodą immunoblot, w metodzie immunoblot jest określana swoistość dla następujących przeciwciał: RNP68, RNPA, RNPC, Smb, SmD, Ro/SSA60, Ro/SSA52, La/SSB, Rib-P, PCNA, CENP-B, Scl70, Jo-1, Histon, dsDNA.

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie badania metodą immunoblot.

Pyt. 20 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 316 badanie P/c. p. dsDNA met. IIF (ICD-9: N75) – czy Zamawiający akceptuje wykonanie badania referencyjną metodą ELISA?

Tak, Zamawiający akceptuje wykonanie badania referencyjną metodą ELISA

Pyt. 21 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 318 badanie P/c p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (Panca i Canca) (ICD:N69) – czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w ramach tej usługi dwóch odrębnych badań: P/c przeciw mieloperoksydazie (p-ANCA, MPO), oraz P/c przeciw proteinazie 3 (c-ANCA, PR-3) (N69) – metoda ELISA.

Tak, Zamawiający dopuszcza w ramach tej usługi wykonanie dwóch odrębnych badań.

Pyt. 22 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 322 badanie Panel wątrobowy pełny (ANA2,AMA,ASMA,anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA) met. IIF, DID – Ze względu na brak dostępu do testów metodą DID do oznaczania przeciwciał nie spełniających dyrektywy IVD i CE, będących produkcją własną odczynników przez firmę Diagnostyka chcieliśmy zapytać czy badanie może zostać wykonane badaniami równoważnymi:

- ANABLOT kompleksowa ocena przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwcytoplazmatycznych metodami immunofluorescencji pośredniej oraz immunoblot (RNP68, RNPA, RNPC, Smb, SmD, Ro/SSA60, Ro/SSA52, La/SSB, Rib-P, PCNA, CENP-B, Scl70, Jo-1, Histon, dsDNA).
- P/c przeciw mitochondrialne (AMA) (O05)
- P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) (N91)
- P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1)
- P/c przeciw rozpuszczalnemu antygen. wątroby (SLA/LP) met. ELISA.

Tak, badanie może być wykonane testami równoważnymi.

Pyt. 23 Zał.1 Wykaz badań, pozycje 325 i 326 badania P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N83) P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N81) – czy Zamawiający dopuszcza wykonanie badań metodą referencyjną ELISA?

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie badań metodą referencyjną ELISA.

Pyt. 24 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 341 badanie P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF (ICD-9: N99) – czy Zamawiający dopuszcza w ramach tej usługi wykonanie osobnych oznaczeń: P/c przeciw wyspom trzustkowym (N99), P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki oraz P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego.

Tak, Zamawiający dopuszcza w ramach tej usługi wykonanie osobnych oznaczeń: P/c przeciw wyspom trzustkowym (N99), P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki oraz P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego.

Pyt. 25 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 342 badanie Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit, ASCA, ANCA) met. IIF (ICD-9: N79) – czy Zamawiający dopuszcza w ramach tej usługi wykonanie osobnych oznaczeń: P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki oraz P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego, P/c przeciw drożdżom piekarskim (Saccharomyces cerevisiae, ASCA) (pakiet ASCA w klasie: IgA i IgG), P/c przeciw mieloperoksydazie (p-ANCA, MPO), oraz P/c przeciw proteinazie 3 (c-ANCA, PR-3) (N69) (metoda ELISA).

Tak, Zamawiający dopuszcza w ramach tej usługi wykonanie osobnych oznaczeń: P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki oraz P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego, P/c przeciw drożdżom piekarskim (Saccharomyces cerevisiae, ASCA) (pakiet ASCA w klasie: IgA i IgG), P/c przeciw

mieloperoksydazie (p-ANCA, MPO), oraz P/c przeciw proteinazie 3 (c-ANCA, PR-3) (N69) (metoda ELISA).

Pyt. 26 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 352 badanie IgE sp. TP9 - mieszanka drzew (ICD-9: L91) – jakie dokładnie alergeny Zamawiający chce mieć oznaczane w mieszance? Proponujemy wykonanie któreś z mieszanek w kierunku drzew wczesnych lub późnych: Drzewa wczesne (TX5) (L91) T2 olcha, T4 leszczyna, T8 wiąz, T12 wierzba; Drzewa późne (TX6) (L91) T1 klon, T3 brzoza brodawkowata, T5 buk, T7 dąb.

Zamawiający akceptuje wykonanie badania w kierunku drzew wczesnych i w kierunku drzew późnych.

Pyt. 27 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 352 badanie IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów (ICD-9: L91) – czy Zamawiający akceptuje wykonanie w ramach tej usługi badania Chwasty (WX5) (L91) W1 ambrosia elatior, W6 bylica pospolita, W7 margerytka, W8 mniszek lekarski, W12 nawłóć pospolita.

Zamawiający akceptuje wykonanie oznaczenia dla proponowanej mieszanki chwastów.

Pyt. 28 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 451 badanie Grupa krwi drugie pobranie – czy Zamawiający pod tą usługą ma na myśli drugie badanie grupy krwi potrzebne do wyrobienia karty grupy krwi?

Tak, Zamawiający ma na myśli drugie badanie grupy krwi potrzebne do wyrobienia karty grupy krwi.

Pyt. 29 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 570 badanie Panel wątrobowy (AMA, LKM-1) met. IIF (ICD-9:) – czy Zamawiający dopuszcza w ramach tej usługi wykonanie dwóch osobnych oznaczeń: P/c przeciw mitochondrialne (AMA) met. IIF i P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) met. ELISA?

Tak, Zamawiający dopuszcza w ramach tej usługi wykonanie dwóch osobnych oznaczeń: P/c przeciw mitochondrialne (AMA) met. IIF i P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) met. ELISA

Pyt. 30 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 569 badanie p/c przeciwiądrowe ANA profil 1 – czy Zamawiający dopuszcza w ramach tej usługi wykonanie badania ANA wykonywane jest metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) na komórkach nabłonkowych linii nowotworowej raka krtani HEP-2 - typ świecenia i miano?

Tak, Zamawiający dopuszcza w ramach tej usługi wykonanie badania ANA metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) na komórkach nabłonkowych linii nowotworowej raka krtani HEP-2 - typ świecenia i miano

Pyt. 31 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 579 badanie Pakiet - panel wątrobowy (ANA,ASMA,AMA,LKM) – czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w ramach tej usługi osobnych badań:

- ANA wykonywane jest metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) na komórkach nabłonkowych linii nowotworowej raka krtani HEP-2 - typ świecenia i miano
- P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) (N91)
- P/c przeciw mitochondrialne (AMA)
- P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1).

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie w ramach tej usługi wyżej wymienionych osobnych badań.

Pyt. 32 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 571 badanie P/c przeciwiądrowe ENA (nRNP/Sm, Sm, SS-A,Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1) met. immunoblot (ICD-9:) – czy Zamawiający akceptuje w ramach tej usługi wykonanie badania: P/c ANA panel ENA (O21) met. ELISA (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1).

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie w ramach tej usługi wyżej wymienionych osobnych badań.

Pyt. 33 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 598 badanie Przygotowanie do badania genetycznego – prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej procedury przygotowania oczekuje Zamawiający?

Zamawiający oczekuje pisemnej informacji / instrukcji na temat przygotowania pacjenta do badań genetycznych (np. wymaz)

Pyt. 34 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 604 badanie Lekowrażliwość podstawowa – prosimy o sprecyzowanie w jakim kierunku ma być wykonana ta usługa?

Lekowrażliwość podstawowa jest to antybiogram pierwszego rzutu, który stosuje się do każdego badania mikrobiologicznego, zgodnie z aktualnymi wytycznymi EUCAST.

Pyt. 35 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 618 badanie Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (ICD-9:U19) – czy Zamawiający zgadza się na wykonanie trzech osobnych testów na przeciwciała w kierunku Legionelli w klasach IgG, IgM i IgA.

Tak, zamawiający zgadza się na wykonanie trzech osobnych testów na przeciwciała w kierunku Legionelli w klasach IgG, IgM i IgA.

Pyt. 36 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 627 badanie RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met.IIF (ICD-9:V17) – czy zamawiający akceptuje w ramach tej usługi wykonanie badania RSV - p/c IgM met. ELISA.

Tak, Zamawiający akceptuje w ramach tej usługi wykonanie badania RSV - p/c IgM met. ELISA.

Pyt. 37 Zał.1 Wykaz badań, pozycja 634 badanie P/C mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie3 (PR-3) (Canca) met. Immunoblot – czy zamawiający akceptuje w ramach tej usługi wykonanie badań P/c przeciw mieloperoksydazie (p-ANCA, MPO), i P/c przeciw proteinazie 3 (c-ANCA, PR-3) metodą ELISA.

Tak, Zamawiający akceptuje w ramach tej usługi wykonanie badań P/c przeciw mieloperoksydazie (p-ANCA, MPO), i P/c przeciw proteinazie 3 (c-ANCA, PR-3) metodą ELISA.

KIEROWNIK
Działu Marketingu i Promocji
Jakości Świadczeń Usługowych

mgr Krystyna Szwedler