



**Szpital Powiatowy
w Rawiczu Sp. z o.o.**

ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz
T: +48 65 546 24 13-16 (centrala), T: +48 65 545 21 62 (sekretariat)
F: +48 65 546 70 61, E: sekretariat@szpitalrawicz.pl, www.szpitalrawicz.pl
NIP: 699-19-19-769, REGON: 300904130, KRS: 0000316422
Getin Noble Bank SA Nr Konta: 51 1560 0013 2367 2722 7424 0001
Kapitał zakładowy: 34 mln 835 tys. zł w całości opłacony



Rawicz dnia 27.06.2022r.

*Do wiadomości
Wszyscy Wykonawcy*

Dotyczy: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i obsługi banku krwi dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

punkt 3.19 tiret pierwsze –Czy intencją Udzielającego zamówienia było ograniczenie czasu oczekiwania na wyniki do 30 minut tylko dla badań hematologicznych i z zakresu równowagi kwasowo-zasadowej, z wyłączeniem badań z zakresu biochemii, immunochemii i koagulologii, w przypadku których istnieje konieczność wcześniejszego przygotowania materiału do badania (wykrzepianie, wirowanie) co znacząco wydłuża czas wykonania badania? Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obowiązującymi w laboratoriach medycznych wyniki badań w trybie CITO, z wyłączeniem gazometrii i hematologii, są dostępne w ciągu 1 godziny od momentu dostarczenia materiału do laboratorium.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje na wyniki badań hematologicznych i z zakresu równowagi kwasowo-zasadowej do 30 min., natomiast pozostałe wyniki do 1 godziny.

Pytanie nr 2

Punkt 3.19 tiret dziesiąte – prosimy o wyjaśnienie o jakie testy Udzielającemu zamówienia chodzi. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Chorób Płuc i Gruźlicy do rozpoznania gruźlicy wymagane jest wykonanie posiewu materiału badanego wraz z identyfikacją wyhodowanych drobnoustrojów i określeniem ich lekowrażliwości. Żadne z tych etapów prawidłowej diagnostyki gruźlicy nie jest możliwe do wykonania w czasie 24 godzin od zlecenia badania. Są dostępne przesiewowe testy kasetkowe do oznaczania gruźlicy w materiale biologicznym ale ich wiarygodność i możliwość wykorzystania uzyskanego wyniku w dalszej diagnostyce jest co najmniej dyskusyjna.

Odpowiedź: Z uwagi na przesłanki epidemiologiczne wymagamy aby Wykonawca zagwarantował dostępność przesiewowych testów kasetowych do oznaczania gruźlicy a następnie materiał biologiczny poddał dalszej diagnostyce.

Pytanie nr 3

Punkt 3.19 tiret siedemnaste – prosimy o określenie przez jaki czas mają być przechowywane wyizolowane szczepy alert-patogenów do badań genetycznych?

Odpowiedź: Minimum 3 dni w zależności od wykrytego alert- patogenu.

Pytanie nr 4

Punkt 3.24 tiret czwarte ustęp trzeci – prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „domawiania badań do wcześniej pobranego materiału” Udzielający zamówienia rozumie rejestrację nowego zlecenia dla pacjenta z wykorzystaniem już pobranego i dostarczonego do laboratorium materiału do badań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż pod pojęciem „domawiania badań do wcześniej pobranego materiału”, Udzielający zamówienia rozumie rejestrację nowego zlecenia dla pacjenta z wykorzystaniem już pobranego i dostarczonego do laboratorium materiału do badań.

Dział Logistyki
Starszy Inspektor
Agata Becela
Agata Becela