



Szpital Powiatowy
w Rawiczu Sp. z o.o.

ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz
T: +48 65 546 24 13-16 (centrala), T: +48 65 545 21 62 (sekretariat)
F: +48 65 546 70 61, E: sekretariat@szpitalrawicz.pl, www.szpitalrawicz.pl
NIP: 699-19-769, REGON: 300904130, KRS: 0000316422
Getin Noble Bank SA Nr konta: 51 1560 0013 2367 2722 7424 0001
Kapitał zakładowy: 34 mln 835 tys. zł w całości opłacony



Rawicz dnia 26.07.2017 r

NLO-3820-09/PN/17

Do wiadomości
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: „Dzierżawy aparatów do wykonywania ciągłych terapii pozaustrojowych wraz z dostawą materiałów zabiegowych dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o. o.”

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający, ze względu na brak możliwości sprzedaży przez producenta na sztuki asortymentu wykazanego w Pakiecie nr 1 dla poz. 1,2,3,4,7,8, zgodzi się na dostawy tego asortymentu w ilościach wynikających z zawartości pełnych opakowań zbiorczych lub minimalnych ilości do realizacji:

Pakiet nr 1 poz. 1 - po 2 szt. a 5l

Pakiet nr 1 poz. 2 - po 2 szt. a 5l

Pakiet nr 1 poz. 3 - po 2 szt. a 5l

Pakiet nr 1 poz. 4 - po 2 szt. a 5l

Pakiet nr 1 poz. 7 - po 4 szt.

Pakiet nr 1 poz. 8 - po 5 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwięzaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynymi, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniecyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Specjalista ds. Analiz
Techniczno Ekonomicznych

mgr Marta Czerwińska