



Szpital Powiatowy
w Rawiczu Sp. z o.o.

ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz
T: +48 65 546 24 13-16 (centrala), T: +48 65 545 21 62 (sekretariat)
F: +48 65 546 70 61, E: sekretariat@szpitalrawicz.pl, www.szpitalrawicz.pl
NIP: 699-19-19-769, REGON: 300904130, KRS: 0000316422
GetIn Noble Bank SA Nr konta: 51 1560 0013 2367 2722 7424 0001
Kapitał zakładowy: 34 mln 835 tys. zł w całości opłacony



Rawicz, dn. 03.10.2017r

NLO-3820-17/ZO/17

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe – dot. zakupu i dostawy sprzętu jednorazowego na Blok Operacyjny dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. informuje, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

dotyczy części nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową do diatermii, dzieloną bez kabla, dla pacjentów od 5-15kg, o powierzchni czynnej 73cm² ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 2:

dotyczy części nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową do diatermii, dzieloną bez kabla, uniwersalną dla dzieci i dorosłych, dla pacjentów od 5kg, o powierzchni czynnej 108cm² ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 3:

Część 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści uchwyt jednorazowy z elektrodą nożową o długości 69mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 4:

Część 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, dzieloną, przeznaczoną dla pacjentów o masie od 5 do 15kg, o powierzchni dzielonej 73cm²?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 5:

Część 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, dzieloną, przeznaczoną dla pacjentów o masie od 15kg, o powierzchni dzielonej 122cm²?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 6:

Dotyczy Pakietu 3, POZYCJA 1:

Prosimy o akceptację elektrody o długości kabla 3,20m – wymagane 3,00m.. Tak nieznaczna różnica w rozmiarze nie wpłynie na wartość użytkową produktu a poszerzy grono oferentów ubiegających się o Zamówienie Publiczne.

Odpowiedź:


Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 7:

Dotyczy Pakietu nr 3, POZYCJA 2.

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, uniwersalnych, hydrożelowych o pow. aktywnej 72cm² (WYMAGANE 70cm²) i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej, bez obrazka na opakowaniu, lecz w ulotce w języku polskim; NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU (dodatkowa korzyść).

Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 6 MILIONÓW sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ, także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 8:

Dotyczy Pakietu nr 12 POZYCJA 3.

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, Z PEWNA KORZYŚCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DOKONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, uniwersalnych, hydrożelowych o pow. aktywnej 107cm², rozmiar elektrody 164 x 117mm (niewielka różnica rozmiaru) i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej; NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU (dodatkowa korzyść).

Odpowiedź:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie nr 9:

Część 2

Prosimy o dopuszczenie antybakteryjnej maty: film polietylenowy pokryty klejącą żywicą akrylową na bazie wodnej, zawierającej czynnik antybakteryjny / grzybobójczy / glonobójczy oparty na 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, 30 warstw, szerokość 45 cm, długość 115 cm, kolor niebieski.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Część 3

Poz. 1, 2

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnej części, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

Dotyczy części nr 3 pozycji nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się w pozycji nr 2 na elektrody o powierzchni 110cm²? Dla dzieci od 5kg można używać elektrod neutralnych jednorazowych uniwersalnych o powierzchni 110 cm²?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12:

Dotyczy części nr 3 pozycji nr 2

Czy w pozycji nr 2 Zamawiający zgodzi się na elektrody noworodkowe przeznaczone dla dzieci od 2,5kg do 5kg o powierzchni 70 cm²?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający zgodzi się, aby dostarczać fakturę elektroniczną w PDF?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Specjalista ds. Analiz
Techniczno Ekonomicznych

mgr Marta Czerwińska