



Rawicz, dn. 23.05.2018r

NLO-3820-07/ZO/18

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe – dot. zakupu i dostawy endoskopowego sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. informuje, iż w w/w postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczypec z przyrządem dołączonym do opakowania.

Zgodnie z siwz

2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia 12 mm, długość ramienia ok. 10 mm.

Zgodnie z siwz

3. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 2,0 mm, długość prowadnika 2000 mm.

Zgodnie z siwz

4. Czy Zamawiający w pozycji 4 wymaga zaoferowania 100 sztuk szczotek czyli 10 opakowań po 10 sztuk w opakowaniu.

Zgodnie z siwz

5. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli wykonanych z plecionego drutu o średnicy 0,33mm, długość 240 cm, uchwyt skalowany co 10 mm, do kanału roboczego minimum 2,5 mm.

Zgodnie z siwz

6. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie szczotek niebieskich, średnica cewnika 1,8 mm, długość 265 cm, czyścik o długości 350 mm.

Zgodnie z siwz

7. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie ustników z otworem o wymiarach 22 x 27 mm.

Zgodnie z siwz

8. Czy Zamawiający w pozycji 9 i 10 dopuści złożenie oferty na szczypce z przyrządem dołączonym do opakowania.

Zgodnie z siwz

9. Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie gąbek o średnicy zewnętrznej 4,5 cm i długości gąbki 125 mm.

Zgodnie z siwz

Pyt. 10 Pakiet 1

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności zechce wyłączyć do osobnego pakietu pozycje 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13 i dopuści Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie w/w pozycji.

Poz 1.

Jednorazowa sterylna igła do ostrzykiwania posiadająca usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału; blokada ze słyszalnym kliknięciem informująca o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; długość robocza narzędzia 2300 mm; długość igły 5,mm, średnice igieł 22G; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,5mm. Op.=10szt.

Zgodnie z siwz

Poz 2.

Jednorazowe sterylne szczypce owalne z okienkiem do endoskopii, powlekane teflonem, z igłą lub bez igły- do wyboru przez zamawiającego. Łyżeczki uchylne z możliwością wykonania biopsji stycznych. Długość narzędzia 180 lub 230cm, średnica łyżeczek po zamknięciu 2,3mm. Pakowane indywidualnie sterylne. Zawierają etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datę ważności oraz dane producenta. W kartonie 10 szt.

Zgodnie z siwz

Poz 3.

Klipsownicy jednorazowe : długość 230; rozwarcie klipsa 11mm; długość ramienia 10mm; obrotowe; wielokrotne otwieranie i zamykanie. Klipsy w zestawie po 10 szt. w zestawie

Zgodnie z siwz

Poz 4.

Szczotka cytologiczna o średnicy 20mm, plastikowa kulka wchodząca do cewnika razem ze szczotką, przewodnik 1,8mm x 2400mm

Zgodnie z siwz

Poz 5.

Pętla jednorazowe owalne do usuwania polipów, średnica 15, 24mm, do kanału

roboczego od 2,3mm, długość 230cm, wykonane z plecionego drutu o śr. 0,47mm. Rękojeść skalowana co 5mm. Pakowane indywidualnie, sterylne, każde opakowanie zawierające 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie zbiorcze = 10szt.
Zgodnie z siwz

Poz 6.

Jednorazowa szczoteczka dwustronna czyszczenia endoskopu z miękkiego, odpornego nylonu, do czyszczenia kanałów BRONCHOSKOPÓW, średnica cewnika 1,5 mm, długość robocza **180 cm**. Szczotki- średnica włosa 3mm, dł.20mm, z plastikowymi kulkami zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskopu. Pakowane indywidualnie. Nazwa producenta, data produkcji i nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w celu 100% identyfikacji produktu. Opakowanie typu dispenser = 100szt
Zgodnie z siwz

Poz 7.

Jednorazowa szczoteczka do czyszczenia endoskopu podwójna, druga szczotka do czyszczenia gniazd endoskopów, średnica cewnika 1,7mm, długość robocza 230 cm. Szczotka- średnica włosa 5mm, dł.20mm, z plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskopu, druga szczotka średnica 11 mm, , dł.2300mm. Pakowane indywidualnie. . Nazwa producenta, data produkcji i nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w celu 100% identyfikacji produktu. Opakowanie typu dispenser 100 szt.
Zgodnie z siwz

Poz 8

Ustniki endoskopowe dla dorosłych jednorazowe, wykonane z polietylenu, wolne latexu, opaska mocująca tekstylna, średnica otwory głównego 20 x 28mm. Pakowane indywidualnie. Opakowanie typu dispenser = 100szt
Zgodnie z siwz

Poz 9

Jednorazowe sterylne szczypce do bronchoskopii z łyżeczkami owalnymi, powlekane teflonem, z igłą lub bez igły- do wyboru przez zamawiającego. łyżeczki uchylne z możliwością wykonania biopsji stycznych. dostępne długości narzędzia 120, 160cm i 180cm, średnica 1,8mm-minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm. Pakowane indywidualnie sterylne. Zawierające etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datę ważności oraz dane producenta W kartonie 10 szt.
Zgodnie z siwz

Poz 10

Jednorazowe sterylne szczypce typu ALIGATOR, powlekane teflonem, z igłą lub bez igły- do wyboru przez zamawiającego. łyżeczki uchylne z możliwością wykonania biopsji stycznych. Dostępne długości narzędzia 180cm i 230cm, średnica 1,8mm-minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm. Pakowane indywidualnie sterylne. Zawierające etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datę

ważności oraz dane producenta W kartonie 10 szt.

Zgodnie z siwz

Poz 13

Jednorazowa KRÓTKA szczotka do zaworków biopsyjnych, podwójnie zakończona. Średnica szczotki 10mm/ długość 35mm oraz szczoteczka do kanału biopsyjnego- średnica 5mm/ długość 20mm. Całkowita długość szczoteczki 15cm. Pakowane indywidualnie. Nazwa producenta, data produkcji i nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w celu 100% identyfikacji produktu.

Zgodnie z siwz

Specjalista ds. analiz
techniczno-ekonomicznych


Marta Czerwińska