

Rawicz dnia 09.08.2019r.

NLO-3820-10/PN/19

*Do wiadomości  
Wszyscy Wykonawcy*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Zakup i dostawa aparatury i urządzeń medycznych w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności działania i skuteczności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”**

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Pytanie 1. do pkt 5. Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” z głębokością ucisku w granicach 4 – 5 cm  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości urządzenie ,którego możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” wynosi od 40 do 53 mm (u pacjentów z wysokością mostka poniżej 185 mm), zapewniając odpowiednią głębokość uciśnień klatki piersiowej.

**Odpowiedź: Tak.**

**PREZES ZARZĄDU**

**Tomasz Paczkowski**