



Rawicz, dn. 26.05.2020r

NLO-3820-06/ZO/20

**Do wiadomości  
wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy:**

Zapytanie ofertowe – dot. zakupu i dostawy do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego PRP

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień:

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści jednorazowy system składający się z podwójnej strzykawki, gdzie strzykawka do pobrania osocza jest integralną częścią zestawu, gwarantujący zamknięty obieg krwi. Umożliwia wyprodukowanie skoncentrowanej frakcji osocza bogatopłytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta - z 15ml krwi produkuje średnio od 4 do 6 ml koncentratu płytkowego. Cały proces wymaga tylko jednego etapu wirowania – czas trwania 5 min. System umożliwia przygotowanie koncentratu PRP bez użycia środka przeciwzakrzepowego – w pełni autologiczny.

System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawiera:

- system podwójnej strzykawki 15ml gwarantującej zamknięty obieg preparowanej krwi
- roztwór przeciwzakrzepowy fiolki 10 ml

Instrumenty:

- wirówka
- pojemniki na tuby separujące krew
- przeciwwaga

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca musi zapewnić zestaw z przygotowaniem gotowego koncentratu do podania pacjentowi.**

Starszy Inspektor Działu

Logistyki:

Agata Becela