



**Szpital Powiatowy
w Rawiczu Sp. z o.o.**

ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz
T: +48 65 546 24 13-16 (centrala), T: +48 65 545 21 62 (sekretariat)
F: +48 65 548 70 61, E: sekretariat@szpitalrawicz.pl, www.szpitalrawicz.pl
NIP: 699-19-19-769, REGON: 300904130, KRS: 0000316422
Getin Noble Bank SA Nr konta: 51 1560 0013 2367 2722 7424 0001
Kapitał zakładowy: 34 mln 835 tys. zł w całości opłacony



Rawicz dnia 06.07.2020r.

NLO-3820-04/PN/20

Do wiadomości
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: **"Zakup wraz z dostawą rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
na potrzeby Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o."**
NLO-3820-04/PN/20

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela, następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Część nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o grubości na palcu min. 0,08mm, na dłoni min. 0,06mm, na mankicie min. 0,05mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Część nr 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych w kolorze niebiesko-fioletowym o grubości na palcu min. 0,08mm, na dłoni min. 0,06mm, na mankicie min. 0,05mm, opakowanie a 100szt., z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Część nr 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych w kolorze niebiesko-fioletowym o grubości na palcu min. 0,08mm, na dłoni min. 0,05mm, na mankicie min. 0,045mm, opakowanie a 100szt. (XL - 90szt.), z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Część nr 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o grubości na palcu min. 0,09mm, na dłoni min. 0,06mm, na mankicie min. 0,05mm, opakowanie a 100szt., z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Część nr 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych winylowych, bezpydrowych, oznakowanych jako Klasa I zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC Kategoria I zgodnie z Dyrektywą o Środkach Ochrony Osobistej 89/686/EEC, ze względu na użyty do produkcji materiał, który nie stanowi bariery dla kontaktu z płynami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Część nr 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych winylowych o grubości na palcu min. 0,06mm, na dłoni min. 0,07mm, na mankiecie min. 0,04mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Część nr 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych do procedur wysokiego ryzyka zakażeń w kolorze zielonym, o grubości na palcu min. 0,19mm, na dłoni min. 0,16mm, na mankiecie min. 0,11mm, o poziomie AQL 1,5, o sile zrywu przed starzeniem 8,6N, o sile zrywu po starzeniu 8N, w rozmiarach: S-XL, pakowanych po 50sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Część nr 1, 2, 3

Dnia 9 marca 2016 roku zostało wprowadzone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, zastępujące Dyrektywę Rady 89/686/EEG. W wyniku zmiany rozporządzenia, po zakończeniu okresu przejściowego trwającego od 21.04. 2018 r. do 20.04 2019 r., od 21.04.2019 r. obowiązują wymagania zgodnie z nowym rozporządzeniem 2016/425. Normę dotyczącą badania przenikania substancji chemicznych EN 374-3 zmieniono na normę EN 16523-1. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie powyższego zgodnie z nowym rozporządzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dział Logistyki
Starszy Inspektor
Agata Becela