



Rawicz dnia 04.01.2021r.

NLO-3820-12/PN/20

Do wiadomości
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: „**Dostawa środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego w warunkach pandemii COVID-19 na potrzeby Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.**”

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 – Część 1

Czy Nasz kombinezon spełnia również Wasze wymagania, odnoszę się do pytania nr.18.

Oto normy la Flomed 9700

EN 1149-5:2018,

EN 14605:2003+A1:2009 (Typ 3),

EN 14605:2003+A1:2009 (Typ 4),

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5),

EN 13034:2005+A1:2009 (Typ 6),

EN 1149-5:2018 oraz EN 14126:2003/AC:2004 (Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, Typ 6-B)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza kombinezon ochronny opisany powyżej.

Pytanie nr 2 – Część 6

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na buty, wykonane z folii polietylenowej o grubości 50 µm, jednorazowe, długie (min 50cm), ściągane gumką?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza ochraniacze na buty opisane powyżej.

Pytanie nr 3 – Część 3

Czy zamawiający dopuści maski FFP3 z zaworkiem, maska oraz gumki w kolorze białym, przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody oraz z fazą ciekłą rozproszoną (mgły)

- klasa filtrowania 99% (FFP3) cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6 µm. zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009
- zakrywająca usta i nos
- 5 warstwowa
- ściśle przylegająca do twarzy
- posiadająca zacisk nosowy
- dopasowana do kształtu twarzy uniemożliwiająca odstawanie od skóry
- maska oznakowana nr modelu, typem maski, znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej, nazwą producenta oraz nr spełnionej normy
- nie zawiera lateksu

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 4 - Część 2

Czy zamawiający dopuści maski FFP2 z zaworkiem, maska oraz gumki w kolorze białym, przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody oraz z fazą ciekłą rozproszoną (mgły)

- klasa filtrowania 94% (FFP2) cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6 μm . zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009
- zakrywająca usta i nos
- 5 warstwowa
- ściśle przylegająca do twarzy
- posiadająca zacisk nosowy dla formowania półmaski w obrębie nosa
- dopasowana do kształtu twarzy uniemożliwiająca odstawanie od skóry
- maska oznakowana nr modelu, typem maski, znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej, nazwą producenta oraz nr spełnionej normy
- nie zawiera lateksu

Odpowiedź: Nie.

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Renata Paasik
Renata Paasik