



Rawicz dnia 18.08.2021r.

NLO-3820-09/TP/21

Do wiadomości

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: „**Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego**”

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1 - Dotyczy części 4, pozycji 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek do tlenoterapii do wysokiej koncentracji tlenu z rezerwuarem 1l dla dorosłych bez rozdziału na poszczególne rozmiary. Maski posiadają regulację w postaci gumki oraz blaszki nosowej, co świadczy o ich uniwersalności i możliwości dostosowania maski do pacjenta. Wyposażone w dren tlenowy gwiazdkowy (antyżgięciowy) o długości 200cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami, wykonana z medycznego PVC nie zawiera lateksu, ani ftalanów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie masek do tlenoterapii do wysokiej koncentracji tlenu, zgodnie z powyższym opisem.**

**Pytanie nr 2 - Dotyczy części 4, pozycji 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek do tlenoterapii do wysokiej koncentracji tlenu z rezerwuarem 1l dla dzieci i niemowląt bez rozdziału na poszczególne rozmiary. Maski posiadają regulację w postaci gumki oraz blaszki nosowej, co świadczy o ich uniwersalności i możliwości dostosowania maski do pacjenta. Wyposażone w dren tlenowy gwiazdkowy (antyżgięciowy) o długości 200cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami, wykonana z medycznego PVC nie zawiera lateksu, ani ftalanów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie masek do tlenoterapii do wysokiej koncentracji tlenu, zgodnie z powyższym opisem.**

**Pytanie nr 3 - Dotyczy części 4, pozycji 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek do tlenoterapii do średniej koncentracji tlenu dla dorosłych bez rozdziału na poszczególne rozmiary. Maski posiadają regulację w postaci gumki oraz blaszki nosowej, co świadczy o ich uniwersalności i możliwości dostosowania maski do pacjenta. Wyposażone w dren tlenowy gwiazdkowy (antyżgięciowy) o długości 200cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami, Wykonana z medycznego PVC nie zawiera lateksu, ani ftalanów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie masek do tlenoterapii do średniej koncentracji tlenu, zgodnie z powyższym opisem.**

**Pytanie nr 4 - Dotyczy części 4, pozycji 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek do tlenoterapii do średniej koncentracji tlenu dla dzieci i niemowląt bez rozdziału na poszczególne rozmiary. Maski posiadają regulację w postaci gumki oraz blaszki nosowej, co świadczy o ich uniwersalności i możliwości dostosowania maski do pacjenta. Wyposażone w dren tlenowy gwiazdkowy (antyżgięciowy) o długości 200cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami, wykonana z medycznego PVC nie zawiera lateksu, ani ftalanów

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie masek do tlenoterapii do średniej koncentracji tlenu, zgodnie z powyższym opisem.**

**Pytanie nr 5 – Dotyczy części 4, pozycji 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych dla dorosłych, przeznaczonych do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta do dla dorosłych bez rozdziału na poszczególne rozmiary. Maski posiadają regulację w postaci gumki oraz blaszki nosowej, co świadczy o ich uniwersalności i możliwości dostosowania maski do pacjenta. Wyposażone w dren tlenowy gwiazdkowy (antyżgięciowy) o długości 200cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami, pojemność nebulizatora 8 ml, dysza Venturiego. Wykonana z medycznego PVC nie zawiera lateksu, ani ftalanów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie masek tlenowych dla dorosłych, przeznaczonych do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, zgodnie z powyższym opisem.**

**Pytanie nr 6 – Dotyczy części 4, pozycji 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych dla dzieci, przeznaczonych do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta do dla dorosłych bez rozdziału na poszczególne rozmiary. Maski posiadają regulację w postaci gumki oraz blaszki nosowej, co świadczy o ich uniwersalności i możliwości dostosowania maski do pacjenta. Wyposażone w dren tlenowy gwiazdkowy (antyżgięciowy) o długości 200cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami, pojemność nebulizatora 8 ml, dysza Venturiego. Wykonana z medycznego PVC nie zawiera lateksu, ani ftalanów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie masek tlenowych dla dzieci, przeznaczonych do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, zgodnie z powyższym opisem.**

**Pytanie nr 7 – Pakiet 23 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nowej gamy rurek Shiley o następujących średnicach:

Kaniule wewnętrzne wielorazowego użytku*	Wymiary			
	Nr ref. rurki tracheostomijnej	Śr. wewnętrzna	Śr. zewnętrzna	Długość
4UN65R	6,5 mm	9,4 mm	62 mm	5,5 mm
5UN70R	7,0 mm	10,1 mm	68 mm	6,0 mm
6UN75R	7,5 mm	10,8 mm	74 mm	6,5 mm
7UN80R	8,0 mm	11,4 mm	77 mm	7,0 mm
8UN85R	8,5 mm	12,2 mm	79 mm	7,5 mm
9UN90R	9,0 mm	12,7 mm	79 mm	8,0 mm
10UN10R	10,0 mm	13,8 mm	79 mm	9,0 mm

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie rurek Shiley o podanych wyżej parametrach.**

#### **Pytanie nr 8**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od dnia zgłoszenia reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 9**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 2,3):

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
  - 2) 0,49% kwoty **brutto** , na którą opiewa wartość umowy brutto **opóźnionego** zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego asortymentu częściowego licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa miała nastąpić; **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego zamówienia częściowego w dostawie**
  - 3) 0,49% kwoty **brutto** na którą opiewa wartość **opóźnionego w wykonaniu reklamacji** zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu obowiązków wynikających z § 5 ust. 4, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionego w wykonaniu reklamacji**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż zmienia pkt. 7 paragrafu 4 umowy i otrzymuje on brzmienie:

„Wykonawca do każdej dokonanej dostawie, na podstawie zamówienia częściowego, będzie dostarczał mailem elektroniczną wersję faktury w formacie kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem komputerowym (zaleca się format kamssoft tekstowy) lub w formacie pliku elektronicznego PDF. Faktury w formie elektronicznej można przesłać na adres email: [apteka-faktury@szpitalrawicz.pl](mailto:apteka-faktury@szpitalrawicz.pl).

**Pytanie nr 11 – Dotyczy SWZ Rozdział V pkt. 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opisanego na fakturze serii i daty ważności produktu? Czy wystarczające będzie opisanie numerem katalogowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę aby data ważności i numer serii były naniesione na dokument WZ.

**Pytanie nr 12 – Dotyczy SWZ Rozdział XII 1 podpunkt 3**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od próbek w pakiecie 30 ze względu na brak możliwych zamienników dedykowanych do pomp Alaris: Prosimy o rezygnację Zamawiającego z dostarczenia próbek w pakiecie nr 30 ze względu na brak dostępnych na rynku zamienników zestawów jednorazowych do pomp Alaris. Oferowane produktu są jedynymi dostępnymi akcesoriami do posiadanych przez Zamawiającego pomp.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

KIEROWNIK  
DZIAŁU LOGISTYKI  
*Parol*  
Renata Pazola