



Szpital Powiatowy  
w Rawiczu Sp. z o.o.

ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz  
T: +48 65 546 24 13-16 (centrala), T: +48 65 545 21 62 (sekretariat)  
F: +48 65 546 70 61, E: sekretariat@szpitalrawicz.pl, www.szpitalrawicz.pl  
NIP: 699-19-19-769, REGON: 300904130, KRS: 0000316422  
Getin Noble Bank SA Nr konta: 51 1560 0013 2367 2722 7424 0001  
Kapitał zakładowy: 34 mln 835 tys. zł w całości opłacony



Rawicz dnia 19.08.2021r.

NLO-3820-09/TP/21

Do wiadomości

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: „**Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego**”

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1 – Część nr 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników o długości 180+30cm lub 130+30cm lub 120+30?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 2 – Część nr 17**

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?

Connectors available



**Odpowiedź: Końcówka BD.**


**Pytanie nr 3 – Część nr 17**

Zakrzywiona igła w zbiorniku wyrównawczym w żaden sposób nie zabezpiecza systemu przed zapowietrzeniem, ponieważ znajduje się powyżej lustra płynu w zbiorniku wyrównawczym. Takie rozwiązanie nie daje żadnych korzyści dla Zamawiającego, a jest jedynie ograniczeniem uczciwej konkurencji, dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w poz.5 zestawu ze zbiornikiem wyrównawczym z tradycyjnym systemem kroplowym. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 4 – Część nr 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?



**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 5 – Część 2, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku, wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 1 w Części nr 2 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmienny.**

**Pytanie nr 6 - Część 2, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści suchą, miękką myjkę bez elastycznego ściągacza w formie prostokątnej rękawicy wykonana z tkaniny bawełnianej typu Molton (65g/m<sup>2</sup>), pokrytej od wewnątrz obustronnie folią PE (20g/m<sup>2</sup>), o wymiarze 23 cm x 16 cm (+/- 1 cm), waga pojedynczej myjki - 6,0 g ; grubość pojedynczej myjki - 1 mm , w kolorze białym?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 2 w Części nr 2 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmienny.**

**Pytanie nr 7 - Część 2, poz. 2**

Czy zamawiający dopuszcza/wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkakrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm, 100% poliester, bez sztucznych konserwantów?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 8 - Część 4, poz. 1-6**

Czy zamawiający dopuszcza dren o długości minimum 200 cm?

**Odpowiedź: Tak.**



**Pytanie nr 9 - Część 12, poz. 15,16-17,20-22,27,37**

Czy zamawiający wydzieli poz. 15,16-17,20-22,27,37 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 10 - Część 12, poz. 15,17**

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 11 - Część 12, poz. 20-22**

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 20-22 w Części nr 12 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmienny.**

**Pytanie nr 12 - Część 12, poz. 20-22**

Czy zamawiający dopuszcza dren równy długości 150 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 20-22 w Części nr 12 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmienny.**

**Pytanie nr 13 - Część 12, poz. 20-22**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 20-22 w Części nr 12 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmienny.**

**Pytanie nr 14 - Część 12, po.22**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 22 w Części nr 12 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmienny.**

**Pytanie nr 15 - Część 12, poz. 27**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.**

**Pytanie nr 16 - Część 12, poz. 27**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej

samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 27 w Części nr 12 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmieniony.**

**Pytanie nr 17 - Część 15, poz. 8**

Czy zamawiający wydzieli poz. 8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 18 - Część 15, poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.**

**Pytanie nr 19 - Część 26, poz. 5-9**

Czy zamawiający wydzieli poz. 5-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 20 - Część 26, poz. 9**

Czy zamawiający dopuści jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i małych dzieci o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek, bez gąbki, pojemność woreczka: 100 ml, pakowany indywidualnie w blister papier- folia, sterylne, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 9 w Części nr 26 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmieniony.**

**Pytanie nr 21 - Część 26, poz. 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.**

**Pytanie nr 22 - Część 27, poz. 1**

Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie nr 23 - Część 27, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.**

**Pytanie nr 24 - Część 27, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul z zintegrowanym opatrunkiem, bez dodatkowej luźnej podkładki?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 25 - Rozdział XII, pkt. 3**

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby próbki dostarczył na wezwanie tylko wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona?

**Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiotowe środki dowodowe każdy z Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dostarcza wraz z ofertą.**

**Pytanie nr 26 - Rozdział XII, pkt. 3**

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast próbek do oferty załączyć katalogi oferowanych produktów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 27 - Część nr 2, pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuści torbę na wymiociny posiadającą szeroki, wygodny otwór wlotowy zapobiegający rozlaniu treści wykonany ze sztywnego tworzywa?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 1 w Części nr 2 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmienny.**

**Pytanie nr 28 - Część nr 2, pozycja nr 2**

Czy zamawiający dopuści myjki o gramaturze 170 g/m<sup>2</sup> (100g/m<sup>2</sup> część przednia + 70g/m<sup>2</sup> część tylna)?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 2 w Części nr 2 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmienny.**

**Pytanie nr 29 - Część nr 6, pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 1 w Części nr 6 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmienny.**

**Pytanie nr 30 - Część nr 6, pozycja nr 2**

Czy zamawiający dopuści maski anestetyczne nieposiadające dodatkowego pierścienia na korpusie?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 31 - Część nr 6, pozycja nr 3**

Czy zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z PE?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 32 - Część nr 6, pozycja nr 5**

Zwracamy się z prośbą, aby zamawiający wydzielił pozycję nr 5 z części nr 6 do osobnego pakietu, bądź w razie odmowy umożliwił składanie ofert na poszczególne pozycje w ww. pakcie. Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 33 - Część nr 16, pozycja nr 2**

Czy zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110x20 mm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 34 - Część nr 16, pozycja nr 2**

Czy zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112x25 mm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 35 - Część nr 23, pozycja nr 1**

Zwracamy się z prośbą, aby zamawiający wydzielił pozycję nr 1 z części nr 23 do osobnego pakietu, bądź w razie odmowy umożliwił składanie ofert na poszczególne pozycje w ww. pakcie. Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 36 - Część nr 23, pozycja nr 2**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 2 w Części nr 23 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmienny.**

**Pytanie nr 37 -Część nr 23, pozycja nr 3**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 12ml



- Waga: 15g
- Objętość oddechowa: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 3 w Części nr 23 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmienny.**

**Pytanie nr 38 - Część nr 23, pozycja nr 5**

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z EVA?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 5 w Części nr 23 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmienny.**

**Pytanie nr 39 - Część nr 23, pozycja nr 10**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora
- dodatkowa, obrotowa złączka 15mm
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer
- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta
- system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
- w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowana folia/papier
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)
- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 10 w Części nr 23 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmienny.**

**Pytanie nr 40 - Część nr 23, pozycja nr 10**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- zamykany port do podawania leków z końcówką Luer
- przezroczysta komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)
- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 10 w Części nr 23 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmienny.**

**Pytanie nr 41 - Część nr 23, pozycja nr 11**

Czy zamawiający dopuści nebulizator z drenem o długości 2,1m?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 42 - Część nr 31, pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z dodatkową rurą o długości 120cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 1 w Części nr 31 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmienny.**

**Pytanie nr 43 - Część nr 32, pozycja nr 1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw



- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 1 w Części nr 32 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmienny.**

**Pytanie nr 44 - Część nr 32, pozycja nr 2**

Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy, mikrobiologicznie czyste, pakowane po 10 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż opis poz. 2 w Części nr 32 został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ i pozostaje niezmienny.**

**Pytanie nr 47 - Część 20, Poz. 9**

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia jest butelka typu płaski lub okrągły mieszek o pojemności 400ml, ze zintegrowanym drenem, spełniająca wszelkie pozostałe wymogi swz lub o doprecyzowanie przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest butelka do długotrwałego odsysania ran, 250ml i 400ml, z możliwością połączenia z drenami w rozmiarze 6F-32F.**

**Pytanie nr 48 - Część 10, Poz. 2,3,9,10,15,16**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek do wyżej wymienionych pozycji z uwagi na fakt, że towar jest znany zamawiającemu i dostarczany na bieżąco w ramach zawartej umowy?

**Odpowiedź: Nie.**

KIEROWNIK  
DZIAŁU LOGISTYKI  
*Renata Pazola*  
Renata Pazola

