




Szpital Powiatowy
w Rawiczu Sp. z o.o.

ul. Gen. Grotu Roweckiego 6, 63-900 Rawicz
T: +48 65 546 24 13-16 (centrala), T: +48 65 545 21 62 (sekretariat)
F: +48 65 546 70 61, E: sekretariat@szpitalrawicz.pl, www.szpitalrawicz.pl
NIP: 699-19-19-769, REGON: 300904130, KRS: 0000316422
Getin Noble Bank SA Nr konta: 51 1560 0013 2367 2722 7424 0001
Kapitał zakładowy: 34 mln 835 tys. zł w całości opłacony



Rawicz dnia 20.08.2021r.

NLO-3820-09/TP/21

Do wiadomości

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: „**Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego**”

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w części 12 poz. 4, 8 wymaga opakowanie a'100sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w części 12 poz. 9 wymaga opakowanie a'50sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w części 12 poz. 11-14 wymaga opakowanie a'100sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w części 12 poz. 16 dopuści opakowanie a'25sztuk?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w części 12 poz.19 dopuści rozmiar G18/88mm(1,2) zamiast G18/88mm(1,3)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz.25 dopuści kaniule w rozmiarze:

- 14G 2,1x45 przepływ 305ml/min.,
- 16G 1,7x45 przepływ 200ml/min.,
- 17G 1,5x45 przepływ 142ml/min.,
- 18G 1,3x45 przepływ 90ml/min.,

20G 1,1x32 przepływ 60ml/min.,
22G 0,9x25 przepływ 36ml/min.,
24G 0,7x19 przepływ 20ml/min.,
26G 0,62x19 przepływ 17ml/min.?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz.25 dopuści kaniule w rozmiarze 26G 0,62x19 przepływ 17ml/min. wykonaną z FEP bez filtra, jak dotychczas stosowaną w Państwa szpitalu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz.26 dopuści kaniule w rozmiarze:

14G 2,1x45mm o przepływie 305ml/min.,
16G 1,7x45mm o przepływie 200ml/min.
18G 1,3x45mm. o przepływie 100ml/min,
20G 1,1x32mm o przepływie 61ml/min.,
22G 0,9x25mm. o przepływie 36ml/min.,
24G 0,7x19mm. o przepływie 23 ml/min?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz.27 miał na myśli – „Ten sam producent co 25, 26 i 28”?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz.29 miał na myśli – „Ten sam producent co 30 i 31”?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz.32 miał na myśli – „Ten sam producent co 33 i 34”?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz. 34 miał na myśli kaniulę w rozmiarze 22G 0,8x25mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz. 32, 33 i 34 odstąpi od wymagania informacji o braku zawartości PCV i lateksu na opakowaniu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 14 –

Czy Zamawiający w **Części 21** w pozycji 4 dopuści zestaw do punkcji z drenem opłucnowym 12FR/28,5 cm; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 15 –

Czy Zamawiający w **Części 21** wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek (z racji na fakt, że Zamawiający zna i stosuje opisany asortyment i z racji na fakt, że wymagane próbki stanowią relatywnie wysoki procent zapotrzebowania na poszczególne pozycje).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
tarale
Renata Pazoła

