



Szpital Powiatowy
w Rawiczu Sp. z o.o.

ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz
T: +48 65 546 24 13-16 (centrala), T: +48 65 545 21 62 (sekretariat)
F: +48 65 546 70 61, E: sekretariat@szpitalrawicz.pl, www.szpitalrawicz.pl
NIP: 699-19-19-769, REGON: 300904130, KRS: 0000316422
Getin Noble Bank SA Nr konta: 51 1560 0013 2367 2722 7424 0001
Kapitał zakładowy: 34 mln 835 tys. zł w całości opłacony



Rawicz dnia 16.09.2022r.

NLO-3820-10/TP/22

Do wiadomości

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: **„Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Bloku operacyjnego”**

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dot. Części 6 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania 30 sztuk drenów, a nie 30 opakowań zawierających a 10 szt. drenów.

Odpowiedź: Jednostką wskazaną przez zamawiającego jest sztuka nie opakowanie.

Pytanie nr 2

Dot. Części 6 poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania 50 sztuk ostrzy, a nie 50 opakowań zawierających a 5 szt. ostrzy.

Odpowiedź: Jednostką wskazaną przez zamawiającego jest sztuka nie opakowanie.

Pytanie nr 3

Dot. Rozdz. V ust. 4 SWZ oraz §1 ust. 3 wzoru umowy - Część 6

Prosimy o potwierdzenie, że dla wyrobów oferowanych w Części 6 Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania wyłącznie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (produkty nie podlegają ustawie Prawo farmaceutyczne).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4

Dot. §3 ust. 2 wzoru umowy oraz Rozdz. V ust. 2 SWZ i Rozdz. IX ust. 2 SWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie zamówień cząstkowych w terminie do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w umowie.

Pytanie nr 5

Dot. Rozdz. XII ust. 1 pkt. 6 SWZ - Część 6

W związku z tym, że asortyment opisany w Części 6 nie jest implantem, nie pozostaje w ciele pacjenta po zabiegu - prosimy o odstąpienie od wymogu przedłożenia dokumentów

poświadczających bezpieczeństwo wykonania rezonansu magnetycznego o natężeniu 3T dla Części 6.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu przedłożenia dokumentów poświadczających bezpieczeństwo wykonania rezonansu magnetycznego o natężeniu 3T w części nr 3 poz. 6.

Pytanie nr 6

Dot. Rozdz. V ust. 2 SWZ oraz §4 ust. 6 i 7 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur jedynie w formie elektronicznej na adres mailowy apteka-faktury@szpitalrawicz.pl ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 7

Dot. §5 ust. 4 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie uzupełnień i/lub wymiany towaru w terminie 4 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w umowie.

Pytanie nr 8

Dot. §5 ust. wzoru umowy (zał. Nr 5 do Specyfikacji)

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej w przypadku wymiany towaru wadliwego na pełnowartościowy, będzie liczony od dnia wysłania przez Zamawiającego pisma reklamacyjnego wraz z towarem w ciągu 4 dni roboczych.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania produkcji danego wyrobu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji o zakończeniu produkcji pod pakietem?

Czy Zamawiający wykreśli pozycję ze względu na zakończenie produkcji tego asortymentu ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji o zakończeniu produkcji pod pakietem.

Dział Logistyki
Starszy Inspektor

Agata Becela